関係各位

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
契約担当者
院長　大内 尉義

入札の実施通知書

標記のことについて、下記により入札を行ないますのでお知らせいたします。

記

1. 契約の目的
   医療器具機械（ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ凝固切開装置 ＜ 手術室 CE 管理科 ＞ 1 式 ）の購入

2. 入札説明会の日時及び場所
   2014 年 11 月 6 日　　木曜日　午前 10 時 30 分　（場所：用度課事務室）

3. 入札執行の日時及び場所
   2014 年 11 月 13 日　　木曜日　午前 11 時 00 分　（場所：6 階会議室）

4. 納入場所　　本院

5. 入札保証金及び契約保証金
   全額免除

6. 入札参加資格
   下記の条件を全て満たす業者であること
   ①当院所定の入札資格参加申込手続きを行い、審査結果通知書を当院から受理している業者。又は全省庁統一資格審査の結果通知書を受理している業者
   ②当院もしくは省庁に納入実績がある業者
   ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。(契約時に誓約書を提出すること。)

7. その他
   入札書は別掲の仕様書の内容に合致した品目に関して作成のこと
   入札書と委任状は説明会にてのみ配布する
   質疑応答については、説明会 3 日前までに質問を FAX していただき、説明会にて回答する
   FAX　03-3560-7776　第 1 係入札担当者迄
   （担当：用度課第 1 係）

以上

＜仕様書＞

1　品目

バイポーラ凝固・切開装置　一式

2　調達目的

同機器を調達する事により、外科的手術時、生体組織の切開・止血凝固が出来、円滑な診療を行う事を目的とする。

3　構成

1）バイポーラ凝固・切開装置　　1 式

2）専用架台ベンチレータ　　1 台

4　機器仕様

4-1 バイポーラ凝固・切開装置本体

（1）使用部位・適応に応じ、15 段階以上の出力設定が可能であること。

（2）コンピューター制御によるランダム波形など、凝固時のピンセットの焦付き・　血管穿孔のリスクを軽減できる機能を有すること。

（3）出力単位の表示は、ワット出力値のみでなく、マリス単位表示も可能である事。

（4）設定登録が、8 通り以上できること。

（5）通電時に音声により出力設定がアナウンスされること。

（6）専用の電気式フットスイッチで、誤作動させた場合に通電音によって知らせる機能を有していること。

4-2 専用架台

（1）4-1 のバイポーラ凝固・切開装置本体収納でき、荷重に耐えうること。

（2）移動できるようキャスターを備えていること。

4-3 その他

（1）取扱説明書を提供すること。

（2）調達機器は、納入後においても、故障時等に対して安定したメンテナンスが可能であること。

（3）調達機器は入札時点で薬事法に基づく医療機器の承認を得ていること。

（4）調達機器は入札時点で製品化されていること。